Detergente - Multi Medical Services Srl

neodisher® LaboClean A 8

Agente di pulizia in polvere per uso in lavatrici speciali

Campi di applicazione

Pulizia meccanica di vetreria in laboratori medici, biologici, chimici e nell'industria alimentare.

Caratteristiche:

Grazie alla sua composizione, neodisher A 8 assicura la pulizia efficiente di sangue, proteine e residui di cibo.

Oggetti comuni di vetro da laboratorio, ceramica, acciaio inox non vengono attaccati da soluzioni di neodisher A 8. Non è adatto per alluminio, alluminio anodizzato e altre leghe di metallo luminose.

Applicazione e dosaggio:

2 – 5 g/l utilizzando un sistema di dosaggio adatto o aggiunta manuale.

Note:

Per la rimozione di residui di sangue e siero :
coaguli di sangue dovrebbero essere rimossi prima della pulizia.
Pre-sciacquo: 2 volte con acqua fredda senza aggiunta o con aggiunta di 2 ml/l di neodisher N.
Pulizia: 3 – 5 g/l di neodisher A 8. Temperatura 60 – 70 °C.
In caso di forte formazione di schiuma si può aggiungere 0.05 ml/l di neodisher Defoamer S.
Neutralizzazione: 1 – 2 ml/l di neodisher N o neodisher Z.

Per la rimozione di residui di cibo, ad esempio proteine, amido, acido tannico, grasso ed oli:
Risciacquo freddo senza aggiunte.
Pulizia: 3 – 5 g/l di neodisher A 8. In caso di forte formazione di schiuma si può aggiungere 0.05 ml/l di neodisher Defoamer S.
Neutralizzazione: 1 – 2 ml/l di neodisher N o neodisher Z.
Risciacquo intermedio con acqua addolcita, e risciacquo finale con acqua demineralizzata, se necessario.

Per la rimozione di residui farmaceutici, gelatina, colore e vernice:
Pre-sciacquo: 3 - 5 g/l di neodisher A 8 freddo o fino a 70 °C a seconda del tipo di sporco.
Pulizia: 3 – 5 g/l di neodisher A 8. In caso di residui metallici aggiungere neodisher TR 3. Aggiungere neodisher EM per pigmenti insolubili.
Neutralizzazione: 1 – 2 ml/l neodisher N.
Risciacquo intermedio con acqua addolcita, e risciacquo finale con acqua demineralizzata, se necessario.

Il mezzo nutriente deve essere rimosso prima della pulizia della macchina. In laboratori microbiologici si raccomanda l'utilizzo di 3 g/l del detergente neodisher GK o di 4 ml/l di neodisher FT tramite un sistema di dosaggio invece di neodisher A 8.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG - Telefon: 040-789 60 - 0 – E-mail: info @drweigert.de
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg Telefax: 040-789 60 -120 Internet: www.drweigert.de
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verweser nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.
With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.

Successivamente la soluzione neodisher A 8 deve essere risciacquata abbondantemente. Non miscelare con altri prodotti. Solo per uso professionale.

Dati tecnici:

Densità specifica: 1.1 – 1.15 g/l
Valore pH (determinato in acqua demineralizzata, 20 °C)2– 5 g/l: 12.0 – 12.6
Fattore di titolazione: 0.26 (in accordo con il metodo di titolazione neodisher)

Ingredienti:

Ingredienti in accordo con i Regolamenti CE N. 648/2004 dei detergenti:
< 5 % Agente sbiancante a base di cloro.
15 - 30 % Fosfati.

Informazioni sullo stoccaggio:

Stoccare al fresco e tenere il contenitore ben chiuso. Sensibile al calore ed all' umidità.

Pericolosità e informazioni di sicurezza:

Classificazione ed etichettatura in accordo con le direttive sulla preparazione dei composti pericolosi 1999/45 CE per le concentrazioni distribuite.

Simbolo di rischio: C - corrosivo, N – pericoloso per l'ambiente.
Contiene: sodio idrossido, sale di sodio dell'acido dicloroisocianurico (1- 5 %)

Situazioni di rischio:

R 31	A contatto con acidi libera gas tossici.
R 35	Provoca gravi ustioni.
R 51/53	Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare effetti irreversibili nell'ambiente acquatico.

Situazioni di sicurezza:

S 26	In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente e consultare il medico.
S 27	Togliere immediatamente gli indumenti contaminati.
S 28	Dopo il contatto con la pelle, lavare abbondantemente con acqua.
S 36/37/39	Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare effetti irreversibili nell'ambiente acquatico.
S45	In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente un medico (mostrare l'etichetta se possibile)

Mb 4102 GB /2–2 07 / 05

Smaltire solo quando il contenitore è vuoto e chiuso. Per ulteriori informazioni in merito al trattamento dei residui del prodotto, consultare le schede di sicurezza.

DR. WEIGERT
Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG - Telefon: 040-789 60 - 0 – E-mail: info @drweigert.de
Mühlenhagen 85, D – 20539 Hamburg Telefax: 040-789 60 -120 Internet: www.drweigert.de
Die Angaben dieses Merkblattes beruhen auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verweser nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann hieraus nicht abgeleitet werden.
With the above information, which is appropriate to our current knowledge we describe our product regarding possible safety necessities, but we do not involve any quality description or promise certain properties.